

Utilidade

O Complement Control de Wako é utilizado como soro de controlo de qualidade no laboratório clínico para monitorizar a exactidão e precisão do ensaio de complemento com o Autokit CH50 da Wako.

Reagentes e composição

Complement Control L: 10 frascos x para 0.5 mL

Complement control H: 10 frascos x para 0.5 mL

Contém soro humano.

Preparação do reagente

Aferir 0,5 mL de água destilada ou desionizada para dissolver o conteúdo de cada controlo.

Conservação e estabilidade

Sem abrir e a -10 °C, ou a temperatura inferior, o Controlo do Complemento é estável até à data do prazo de validade indicado no rótulo. Uma vez reconstituído, manter a solução em gelo, pelo menos durante 30 minutos. Armazenar depois a 2-10 °C e utilizá-la ao longo das 8 horas seguintes.

Limitações

Deitar fora o controlo reconstituído se houver evidência de contaminação microbiana ou turvação excessiva.

Valores atribuídos

Os valores e os intervalos aceitáveis que se indicam nos rótulos foram obtidos através de repetidas análises e são específicas para o lote do controlo. Como as prestações analíticas são reflexo de vários factores, instrumentação, reagente, variações na técnica e método, recomenda-se que cada laboratório estabeleça os seus valores e intervalos aceitáveis. Os valores e intervalos indicados nos rótulos devem ser usados unicamente como guia.

Aviso e precauções

- Para uso *in vitro*.
- Diagnóstico clínico deve ser determinado por um médico apoiado em sintomas clínicos e outros resultados analíticos.
- Não se deve utilizar internamente em seres humanos ou animais.
- No fabrico deste produto utilizou-se soro humano. Comprovou-se a sua negatividade para o HBsAg e os anticorpos anti-HIV e anti-HCV. Visto que nenhum ensaio pode oferecer garantias absolutas de que os produtos derivados de sangue humano não transmitem agentes infecciosos, recomendase o manuseamento com as mesmas precauções como se de amostras de doentes se tratasse.
- Para resultados correctos, seguir com exactidão todas as instruções.

Informação para encomendas

Código No.	Produto	Apresentação
991-43701	Complement Control	L: 10 x para 0,5 mL (Low) H: 10 x para 0,5 mL (High)